


Waagenprotokoll

Hersteller: Sartorius AG
 Waagentyp: MC 210S
 Serien-Nr.: 50107673
 Inventar-Nr.: /



Timm-Wägetechnik
 Forstwiese 4, 18198 Stäbelow
 Tel. 038207 - 74 114
 Fax 038207 - 74 115

Kunde: Timm-Wägetechnik
 Aufstellort: Wägeraum
 Prüfintervall: halbjährlich
 nächste Prüfung: 8/20

Grund für die Ausstellung des Waagenprotokolls:

Neuaufstellung Wartung Reparatur

Prüfmittelüberwachung nach DIN ISO 9000

Geprüft mit Gewichtssatz Einzelgewichte

Nr.: 30104529

Klasse: E2

DKD-geprüft bis: 2/20

Aufstellbedingungen:

sehr ruhig ruhig _____
 unruhig sehr unruhig _____
 klimatisiert Wägestein _____

Prüfung der Empfindlichkeit (mit ca. Höchstlast):

Prüfgewicht: 210g Anzeige: 210,00036g

Waage kalibriert: intern extern

Prüfgewicht: 210g Anzeige: 210,00000g

Reproduzierbarkeit:

zulässige Toleranz: 0,03mg
 Belastung bei ~ 0,5 x Max-Last
 Vor jeder Belastung tarieren!

Ecklastprüfung:

zulässige Toleranz: 0,10mg
 Ecklastprüfgewicht: 70g (Last ~ 1/3 Max)

Anzeige:	
1.	<u>100,00000g</u>
2.	<u>100,00000g</u>
3.	<u>100,00000g</u>
4.	<u>99,99999g</u>
5.	<u>99,99999g</u>
6.	<u>100,00000g</u>

Ort	Anzeige	Fehler
Mitte	<u>69,99999g</u>	<u>± 0mg</u>
vorne	<u>70,00003g</u>	<u>+ 0,04mg</u>
hinten	<u>69,99999g</u>	<u>± 0mg</u>
links	<u>70,00003g</u>	<u>+ 0,04mg</u>
rechts	<u>69,99999g</u>	<u>± 0mg</u>
Mitte	<u>69,99999g</u>	<u>± 0mg</u>

Linearität:

zulässige Toleranz: 0,12mg

Waage kalibrieren!
 Prüfgewichte
 nacheinander bis zur
 Max-Last
 auflegen und wieder
 abnehmen!

	Last	Anzeige		Fehler	
		aufwärts	abwärts	aufwärts	abwärts
0	<u>0g</u>	<u>0,00000g</u>	<u>0,00000g</u>	<u>± 0mg</u>	<u>± 0mg</u>
25%	<u>53g</u>	<u>53,00003g</u>	<u>53,00000g</u>	<u>+ 0,03mg</u>	<u>± 0mg</u>
50%	<u>105g</u>	<u>105,00003g</u>	<u>105,00003g</u>	<u>+ 0,03mg</u>	<u>+ 0,03mg</u>
75%	<u>160g</u>	<u>160,00000g</u>	<u>160,00000g</u>	<u>± 0mg</u>	<u>± 0mg</u>
100%	<u>210g</u>	<u>210,00000g</u>	<u>210,00000g</u>	<u>± 0mg</u>	<u>± 0mg</u>

Abweichungen liegen innerhalb der zul. Toleranzen.
 Abweichungen liegen außerhalb der zul. Toleranzen.

geprüft durch QA-Beauftr.

Bemerkungen: 24.02.2020 Timm

Datum: 24.02.2020

Unterschrift: [Signature]

Stempel:

FA J TIMM
 Wägetechnik
 Forstwiese 4
 18198 Stäbelow